

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

### Odpověď na dotazy č. 1 a 2

#### „VR 115 - Nákup komponent přístroje pro mikrovlnný rozklad stavebních materiálů pro Dopravní VaV centrum“

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávanou v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

Název zadavatele

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00

IČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

#### **Dotaz č. 1:**

V čl. VI., odstavec 2. kupní smlouvy je požadována záruka 24 měsíců. Předmětem plnění jsou však díly a spotřební materiál, které podléhají významnému opotřebením vlivem extrémních teplot a tlaků. Pro některý materiál (pojistky, víčka) je navíc předepsána jejich výměna po určitém počtu mineralizací. Dle našich zkušeností neposkytuje záruku na rozkladné nádoby žádný z výrobců mikrovlnných rozkladných zařízení. Výjimkou je f. Berghof, která na vlastní rozkladné nádoby poskytuje záruku 12 měsíců. Bude zadavatel akceptovat příslušný odstavec v následujícím znění?



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



„Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost na výrobní vady a vady materiálu na rozkladné nádoby v trvání 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předání a převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (víčka, pojistky, inserty).“

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Akceptujeme nově navržené znění odstavce s omezením záruční doby na 12 měsíců u rozkladných nádobek i to, že se záruka nevztahuje na spotřební materiál (víčka, pojistky, inserty). Nové znění smlouvy je přílohou těchto dodatečných informací.

### **Dotaz č. 2:**

V čl. VI., odstavec 5. kupní smlouvy je požadován servisní zásah do 24 hodin. Vzhledem k tomu, že předmět plnění nemá charakter přístroje, ale jedná se o materiál a díly, navíc ve větším počtu kusů (osm kompletních nádob), kdy se případná závada nepředpokládá současně u všech, bude zadavatel v příslušném odstavci kupní smlouvy akceptovat náhradu slovního spojení „do 24 hodin“ slovním spojením „do pěti pracovních dnů“?

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Akceptujeme náhradu slovního spojení „do 24 hodin“ slovním spojením „do pěti pracovních dnů“. Nové znění smlouvy je přílohou těchto dodatečných informací.

### **Dodatečné informace č. 1:**

Zadavatel vydává novou verzi kupní smlouvy, kterou jsou uchazeči povinni použít. Z tohoto důvodu prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a posouvá termín otevírání obálek na **18. 8. 2014 ve 14:00 hodin**.

V Brně dne 7. 8. 2014

**prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA**  
ředitel

**Příloha:** vzor kupní smlouvy



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

