

Zadavatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, na základě vyřazení nabídky komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, vydává ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
„VR Čelistový drtič a analytický síťovací stroj“
toto rozhodnutí.

Vylučuji ze zadávacího řízení uchazeče

ILABO, spol. s r.o., se sídlem Boršovská 2591, 697 01 Kyjov

IČ: 25328573 (dále jen „uchazeč“)

podávající nabídku č. 1 - část 2. analytický síťovací stroj

Odůvodnění:


Při kontrole splnění technických parametrů předložené nabídky - část 2. analytický síťovací stroj bylo zjištěno, že uvedené parametry neodpovídají požadavkům uvedeným v technické specifikaci. Konkrétně se jedná o chybějící síta o velikosti ok 0,020 mm, 0,20 mm, a 20 mm.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka č. 1, část 2. analytický síťovací stroj nesplnila zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

Z tohoto důvodu komise nabídku pro část 2. analytický síťovací stroj vyřadila a doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten doporučení akceptoval a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V Brně dne 16. 12. 2013

.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 Lišeňská 33a, 636 00 Brno
©
cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 71
DIČ: CZ44994571

Zadavatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, na základě vyřazení nabídky komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, vydává ve veřejné zakázce
malého rozsahu na dodávky
„VR Čelistový drtič a analytický síťovací stroj“
toto rozhodnutí.

Vylučuji ze zadávacího řízení uchazeče

VERDER s.r.o. , se sídlem Vodňanská 651/6, 198 00 Praha

IČ: 45793263 (dále jen „uchazeč“)

podávající nabídku č. 2 - část 2. analytický síťovací stroj

Odůvodnění:


Při kontrole splnění technických parametrů předložené nabídky - část 2. analytický síťovací stroj bylo zjištěno, že uvedené parametry neodpovídají požadavkům uvedeným v technické specifikaci. Konkrétně se jedná o chybějící síta o velikosti 0,020mm a 0,20 mm.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka č. 2, část 2. analytický síťovací stroj nesplnila zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

Z tohoto důvodu komise nabídku pro část 2. analytický síťovací stroj vyřadila a doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten doporučení akceptoval a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V Brně dne 16. 12. 2013

.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Číslo účtu: 44 99 45 77
DIČ: CZ44994577

Zadavatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, na základě vyřazení nabídky komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, vydává ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „VR Čelistový drtič a analytický síťovací stroj“ toto rozhodnutí.

Vylučuji ze zadávacího řízení uchazeče

VITRUM VWR s.r.o., se sídlem Nuselská 1419/53, 140 00 Praha

IČ: 63073242 (dále jen „uchazeč“)

podávající nabídku č. 3 - část 2. analytický síťovací stroj

Odůvodnění:

Při kontrole splnění technických parametrů předložené nabídky - část 2. analytický síťovací stroj bylo zjištěno, že uvedené parametry neodpovídají požadavkům uvedeným v technické specifikaci. Konkrétně se jedná o chybějící síta o velikosti 0,020 mm a 0,2 mm, a dále že místo síta o velikosti 0,63 mm bylo nabídnuto síto o velikosti 0,063 mm.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka č. 3, část 2. analytický síťovací stroj nesplnila zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

Z tohoto důvodu komise nabídku pro část 2. analytický síťovací stroj vyřadila a doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten doporučení akceptoval a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V Brně dne 16. 12. 2013



.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
cdv@cdv.cz
iČ: 44 99 45 71
DIČ: CZ44994571



Zadavatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, na základě vyřazení nabídky komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, vydává ve veřejné zakázce
malého rozsahu na dodávky
„VR Čelistový drtič a analytický síťovací stroj“
toto rozhodnutí.

Vylučuji ze zadávacího řízení uchazeče

MERCI s.r.o., se sídlem Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno

IČ: 46966447 (dále jen „uchazeč“)

podávající nabídku č. 4 - část 2. analytický síťovací stroj

Odůvodnění:

Při kontrole splnění technických parametrů předložené nabídky - část 2. analytický síťovací stroj bylo zjištěno, že uvedené parametry neodpovídají požadavkům uvedeným v technické specifikaci. Konkrétně se jedná o chybějící síta 0,020 mm a 0,20 mm.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka č. 4, část 2. analytický síťovací stroj nesplnila zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

Z tohoto důvodu komise nabídku pro část 2. analytický síťovací stroj vyřadila a doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten doporučení akceptoval a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V Brně dne 16. 12. 2013

.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575